

## 7514-PH-01

### KIT DE CLORO/PH FAS-DPD

El kit de prueba de titulación DPD-FAS mide el cloro libre y total en incrementos de 0,2 ppm y 0,5 ppm. El cambio de color distintivo permite lecturas precisas incluso a niveles de cloro muy bajos o altos.

#### Características:

El kit de prueba de titulación DPD-FAS mide el cloro libre y total en incrementos de 0,2 ppm y 0,5 ppm. El cambio de color distintivo permite lecturas precisas incluso a niveles de cloro muy bajos o altos. El comparador de color DipCell muestra niveles de pH de 6,8 a 8,2 para 50 pruebas. La prueba de pH se mide con reactivos líquidos.

#### ESPECIFICACIONES

SKU	002340
PARÁMETRO	Cloro FAS-DPD
PARÁMETRO	Titulación con frasco gotero FAS-DPD
RANGO / SENSIBILIDAD	1 gota = 0,2 o 0,5 ppm de Cl
MARCA	Lamotte
N° DE CATÁLOGO	7514-PH-01



#### IMÁGENES

