

HI713-11

CUBETAS DE CALIBRACION HC RANGO BAJO FOSFATO CHECKER®

El fosfato de bajo rango Checker® HC Calibration Check Set - HI713-11 ofrece una solución sencilla para la validación de la Fosfato Rango Bajo Comprobador® HC - HI713 en el intervalo de 0,00 a 2,50 ppm (mg / L). Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última generación y se suministra con un certificado de análisis. El Certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el Checker® HC.

Suministrado con certificado de análisis
Valor estándar de 1,00 +/- 0,08 ppm de fosfato a 25 ° C
Paquete de reactivo medido previamente

HI713-11 es un conjunto de alta calidad de los estándares de calibración que permite a los usuarios validar el fosfato de bajo rango del inspector® HC - HI713. El HI713-11 incluye una cubeta sellada para cero ppm de fosfato y una cubeta que se tiñe a una muestra equivalente de fosfato de 1,00 +/- 0,08 ppm a 25 ° C cuando se agrega el reactivo suministrado. El conjunto de verificación de calibración se produce en nuestras instalaciones de fabricación de última generación utilizando productos químicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

ESPECIFICACIONES

SKU	002697
CERTIFICADO DE ANÁLISIS	Sí
CANTIDAD	1 juego (cubetas)
PARÁMETRO	Fosfato (rango bajo)
MARCA	Hanna
N° DE CATÁLOGO	HI713-11



IMÁGENES



HI713-11

El HI713-11 se suministra con certificado de análisis



.Código de producto
.Número de lote
.Fecha de caducidad