HI84532-55

ESTÁNDAR DE CALIBRACIÓN DE LA BOMBA PARA LA ACIDEZ TITU-LABLE EN EL MINITITULADOR DE JUGO DE FRUTAS

El H184532-55 es una botella de 230 ml de solución de calibración de bomba que se utiliza para calibrar el sistema de dosificación del minititulador de acidez titulable H184532 para análisis de jugos de frutas.

Una bomba dosificadora calibrada permite la determinación precisa de la cantidad de titulante utilizada al realizar una titulación. La cantidad de volumen dosificado junto con la concentración del titulante es utilizada por la fórmula preprogramada dentro del HI84532 para determinar la acidez titulable exacta. El procedimiento de calibración de la bomba debe realizarse siempre que se reemplace el titulador o el electrodo de pH. Se recomienda la calibración de rutina para garantizar la máxima precisión al realizar una titulación.

Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones El H184532-55 es una botella de 230 ml de solución estándar de calibración de bomba que se utiliza para la determinación de rango bajo y alto de acidez en jugo de frutas.La acidez titulable en jugo de frutas, como se realiza en el mini titulador H184532, utiliza una preparación de muestra simple, una bomba dosificadora de titulante de alta calidad, detector potenciométrico de punto final y cálculos automáticos. Para mantener la alta precisión del titulador, se r equiere un sencillo procedimiento de calibración de la bomba. Un cambio de rango de medición requiere un titulador diferente junto con una recalibración de la bomba. La calibración de la bomba implica el análisis de un volumen conocido de una solución conocida y compensa los cambios en la dosificación de la bomba que pueden ocurrir debido a muchos factores, incluido el estiramiento o el envejecimiento del tubo. Este procedimiento debe realizarse regularmente con la solución de calibración de bomba HI84532-55 para determinar con precisión los niveles de acidez en los productos de jugo de frutas.

ESPECIFICACIONES

SKU	003722
PAQUETE	Botella
TAMAÑO	230 ml
CANTIDAD	1
MARCA	HANNA
N° DE CATÁLOGO	HI84532-55



IMÁGENES









+51 997 334 970



