

HI96701-11

CUBETAS DE CALIBRACIÓN DE CLORO CAL CHECK KIT

El set de estándares CAL Check para Cloro Libre HI96701-11 provee una solución simple a la calibración y validación de los fotómetros portátiles de cloro libre con un rango de 0.00 a 5.00 mg/L (ppm). Ese set de estándares se producen en las fábricas especializadas Hanna y se entregan con certificado de análisis. El certificado de análisis provee el número de lote, valores de referencia y fecha de expiración para la trazabilidad cuando este certificando el fotómetro de cloro libre.

Entregado con certificado de análisis

Valores estándar de 1.00 $\pm$ 0.01 mg/L (ppm) cloro libre @ 25°C

Reutilizable, con una larga vida útil

El set de reactivos HI 96701-11 cuenta con dos cubetas de concentración conocida; A: 0.00 y B: 1.00 mg/L.

El HI96701-11 es un set de estándares de alta calidad que permite al usuario validar y calibrar fotómetros portátiles de cloro libre compatibles que tengan un rango de 0.00 a 5.00 mg/L (ppm). El set incluye una cubeta sellada "A" para la medición cero y una "B" para validar y calibrar. La lectura esperada del estándar "B" es de 1.00 $\pm$ 0.03 mg/L cloro libre @ 20°C. El set de calibración se produce en nuestra fabrica especializada usando reactivos grado analítico y un ambiente de temperatura controlada.

ESPECIFICACIONES

SKU	PR1760
PAQUETE	Set de estándares sellados: 0.00 y 1.00 mg/L
PARÁMETRO	Cloro
COMPATIBILIDAD	HI96101 HI96104 HI96701 HI96710 HI96711 HI96725 HI96745
MARCA	Hanna
N° DE CATÁLOGO	HI96701-11



IMÁGENES

