

HI96752-11

CUBETAS DE CALIBRACIÓN CAL CHECK DE CALCIO

Los estándares HI96752-11 Calcium CAL Check™ brindan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil HI96752. Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última generación y se suministra con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el fotómetro portátil de calcio compatible.

Suministrado con certificado de análisis
 Valor estándar de 200 ± 10 mg / L de calcio a 25 ° C
 Reutilizable con una larga vida útil

HI96752-11 es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar y calibrar el rango de calcio que se encuentra en el fotómetro HI96752 compatible que tiene un rango de calcio de 0 a 400 mg / L (ppm). El HI96752-11 incluye una cubeta sellada "A" para poner a cero el medidor y una cubeta "B" que se utiliza para validar o calibrar. La lectura esperada del estándar "B" es 200 ± 10 mg / L de calcio a 25 ° C. El conjunto de calibración se produce en nuestras instalaciones de fabricación de última generación utilizando productos químicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

ESPECIFICACIONES

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| PR1760 | 002418 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISIS | Sí |
| PARÁMETRO | Calcio |
| VALOR ESTÁNDAR | 200 ± 10 mg / L de calcio a 25 ° C |
| MARCA | Hanna |
| Nº DE CATÁLOGO | HI96752-11 |



IMÁGENES



HI96752-11

El HI96752-11 se suministra con certificado de análisis



HANNA
instruments

CAL CHECK Standard Certificate

Parameter: CALCIUM HIGH RANGE
 Product code: HI96752-11
 Lot number: SC0037/17
 Best use before: March 2018
 Issuing date: 2017-01-17

Reference meter: Perkin Elmer reference spectrometer (reported values are traceable to NIST 9306 SN 2370)

CAL CHECK Standard cuvettes specifications @ 25 °C:

| Standard cuvette code | Lot number | Standard value [mg/L] | Lot standard deviation [mg/L] |
|-----------------------|------------|-----------------------|-------------------------------|
| A ZERO | 3300 | 0 | 0.05 |
| HI96752B | | | 4.00 |

Specifications for

| Standard cuvette | Standard value [mg/L] | Lot acceptable reading [mg/L] |
|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 2B | 10 | from 190 to 210 |

Standard tolerance limits as indicated. To calibrate instrument function, on original container, upright cuvettes!

- .Código de producto
- .Número de lote
- .Fecha de caducidad
- .Valor estándar a 25 ° C
- .Medidor de referencia trazable al NIST