

HI96754-11

CUBETAS DE CALIBRACIÓN CAL CHECK DE MAGNESIO

Los estándares HI96754-11 de magnesio CAL Check™ brindan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil HI96752. Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última generación y se suministra con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el fotómetro de magnesio compatible.

Suministrado con certificado de análisis
 Valor estándar de 100 ± 5 mg / L de magnesio a 25 o C
 Reutilizable con una larga vida útil.

HI96754-11 es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar y calibrar el rango de magnesio que se encuentra en el fotómetro portátil HI96752 compatible que tiene un rango de magnesio de 0 a 150 mg / L (ppm). El HI96754-11 incluye una cubeta sellada "A" para poner a cero el medidor y una cubeta "B" que se utiliza para validar o calibrar. La lectura esperada del estándar "B" es 100 ± 5 mg / L de magnesio a 25 o C. El conjunto de calibración se produce en nuestras instalaciones de fabricación de última generación utilizando productos químicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

ESPECIFICACIONES

PR1760	002419
CERTIFICADO DE ANÁLISIS	Sí
PARÁMETRO	Magnesio
VALOR ESTÁNDAR	100 ± 5 mg / L de magnesio a 25 o C
PAQUETE	Sellados de: 0 y 100 mg/L
MARCA	Hanna
N° DE CATÁLOGO	HI96754-11



IMÁGENES



HI96754-11

El HI96754-11 se suministra con certificado de análisis



.Código de producto

.Número de lote

.Fecha de caducidad